

FORNITURA IN ACQUISTO E MANUTENZIONE FULL-RISK PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DI SISTEMI DI VIDEO-ENDOSCOPIA DIGITALE SU COLONNA IN CAMPO DIGESTIVO DA DESTINARE ALLA SC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PORDENONE

QUESITI E RISPOSTE AL 27.12.2016

QUESITO N.1

Nel capitolato tecnico, sezione "Specifiche tecniche", voce "Destinazione d'uso" vengono descritte in tabella le apparecchiature secondo determinati quantitativi e tipologie. Vengono altresì menzionati n. 5 "insufflatori CO₂ e pompe di irrigazione" e "n. 1 pompa di lavaggio H₂O". Alla luce del fatto che l'insufflatore unito alla pompa di lavaggio identifica uno specifico produttore, qualora un concorrente offra una soluzione equivalente e quindi separata, si chiede di chiarire se sono richieste anche n. 5 pompe di lavaggio ausiliario, esplicitando quindi la quantità precisa di pompe di irrigazione e insufflatori CO₂ richiesta per ogni colonna endoscopica.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

In relazione alla configurazione delle singole colonne video endoscopiche, si precisa che nel Capitolato Speciale (sezione "Specifiche tecniche", voce "1. Destinazione d'uso") i quantitativi e le tipologie indicati nella tabella riportano ERRONEAMENTE n. 5 "insufflatori CO₂ e pompe di irrigazione" e "n. 1 pompa di lavaggio H₂O" che pertanto devono ritenersi eliminati in quanto GIA' COMPRESI nella configurazione delle colonne videoendoscopiche richieste (come indicato a pag. 15 del Capitolato Speciale_voce "2. configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi")
Tale modifica è parte integrante del Decreto n. 718 del 22.12.2016 che viene pubblicato unitamente al presente documento.

QUESITO N.2

Nel capitolato tecnico, sezione "Specifiche tecniche", voce "2. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi":

2.1) sottosezione "Videocolonscopi standard" viene menzionato "un diametro distale rigido compreso tra 12.8 e 14 mm". Per consentire la più ampia partecipazione alla gara da parte dei soggetti interessati, si richiede di esplicitare tale intervallo di misura come caratteristica indicativa e non come minima;

2.2) sottosezioni "Videoduodenoscopi" e "Videogastroscoopi operatore" viene menzionato "Camera con CCD colore adatto al formato HD". Per consentire la più ampia partecipazione alla gara da parte dei soggetti interessati, si richiede di indicare tale caratteristica come preferenziale e non come minima, per le due tipologie di endoscopi indicate

2.3) sottosezione "pulizia e disinfezione viene menzionata la seguente ".....Si includono inoltre i dispositivi necessari ad un corretto lavaggio manuale della strumentazione e gli adattatori per connessioni a tenuta dei canali degli endoscopi alle apparecchiature per lavaggio e disinfezione in uso presso la SC (n.3 sistemi STEELCO EW2)". Si richiede di esplicitare se la fornitura dei raccordi per le lava endoscopi citate sia da considerarsi come fornitura una tantum presente al momento del collaudo o se venga richiesta, oltre la semplice fornitura, la manutenzione quinquennale full-risk degli stessi

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

In relazione a quanto richiesto nel Capitolato Speciale (sezione "Specifiche tecniche", voce "2. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi" si specifica che:

2.1) quanto indicato nella sottosezione "Videocolonscopi standard", alla riga "Diametro tratto distale rigido compreso tra 12,8 e 14 mm" viene sostituito con "Diametro tratto distale rigido compreso tra 12 e 14 mm" ;

2.2) si precisa che la caratteristica " adatto al formato HD" indicata nelle sottosezioni

“Videoduodenoscopi” e “Videogastroscoopi operatori” alla riga “Camera con CCD colore adatto al formato HD” deve intendersi come preferenziale;

2.3) per quanto riguarda le indicazioni date a pag 16 del Capitolato Speciale in merito alla pulizia e disinfezione degli endoscopi, si precisa che il contratto di manutenzione quinquennale di tipo full-risk DEVE COPRIRE tutta la fornitura, compresi gli adattatori per connessioni e tenuta dei canali degli endoscopi alle lava endoscopi STEELCO EW2 in dotazione alla struttura;

Le modifiche relative ai punti 2.1 e 2.2 sono parti integranti del Decreto n. 718 del 22.12.2016 che viene pubblicato unitamente al presente documento.

QUESITO N.3

Si chiede di chiarire se, in caso di subappalto, anche ciascuno dei subappaltatori facente parte della terna, debba compilare e presentare il proprio DGUE

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto, ciascuno dei subappaltatori facente parte della terna, non è tenuto alla presentazione del proprio DGUE

QUESITO N.4

E’ stato richiesto, al fine di consentire la più ampia partecipazione e il massimo confronto concorrenziale, di aumentare adeguatamente l’importo a base d’asta

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si è ritenuto di ridefinire la dotazione tecnologica richiesta a pag. 13 del Capitolato Speciale (sezione “Specifiche Tecniche”, voce “1. Destinazione d’uso”) come segue:

Dotazione tecnologica	Quantità
Colonne videoendoscopiche	4
Duodenoscopi	3
Gastroscoopi standard	7
Gastroscoopi operatore	1
Gastroscoopi pediatrici	1
Colonscoopi standard	6
Colonscoopi pediatrici	2

Si precisa che tale modifica è parte integrante del Decreto n. 718 del 22.12.2016 che viene pubblicato unitamente al presente documento.