



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per L'assistenza sanitaria
5 Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

Referente per la pratica: Tonel Anna

struttura: SC Approvvigionamenti e gestione contratti
fornitura beni e servizi
telefono: +39 0434 399738
mail: anna.tonel@aas5.sanita.fvg.it

Responsabile del procedimento: Paola Segato

struttura: SC Approvvigionamenti e gestione contratti
fornitura beni e servizi
telefono: +39 0434 399252
mail: paola.segato@aas5.sanita.fvg.it

SCADENZA: 10.01.2020 – ORE 12:00

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) della FORNITURA DI N. 1 LASER PER L’ ESECUZIONE DI BIOPSIE DELLA BLASTOCISTI PER DIAGNOSTI DI PREIMPIANTO da destinare alla S.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile.

Atteso che è intenzione di questa Azienda eseguire un’indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzata all’ eventuale affidamento della fornitura in oggetto. La presente indagine di mercato con richiesta di preventivi non costituisce proposta contrattuale e non vincola l’AAS5 che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative.

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici a fornire il miglior preventivo per la fornitura ed installazione di n. 1 laser per l’ esecuzione di biopsie embrionarie da destinare alla S.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita del Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile come di seguito specificato, da inviare **entro le ore 12:00 del giorno 10.01.2020 all’ indirizzo PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it, pena esclusione.**

Il preventivo dovrà comprendere la seguente documentazione:

- Il possesso di valide e qualificate referenze nel settore, con specificazione delle stesse;
- **SCHEDA TECNICA** del/i bene/i richiesto/i, DEPLIANTS che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;
- **SCHEDA PREVENTIVO**, che preveda il valore della fornitura comprensivo di: tutto il necessario al suo funzionamento - consegna – trasporto – imballo - scarico – montaggio – installazione - rimozione imballo - collaudo e relativi viaggi e trasferte, formazione del personale tecnico e sanitario, manutenzione per il periodo di garanzia di tipo full-risk, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro, oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante.

Si chiede inoltre di specificare nel preventivo:

- i **prezzi di tutti i moduli, accessori, pacchetti software opzionalmente richiesti e delle parti di ricambio disponibili e dell'eventuale materiale di consumo dedicato** che la ditta si impegna a mantenere costanti per i 5 anni successivi alla data di collaudo/accettazione di quanto fornito
- l'indicazione dei **canone annuale per "Contratto di manutenzione full-risk"**
- l'indicazione delle **tariffe nell'ambito di "Assistenza tecnica su chiamata"** per: *diritto di chiamata, costo orario di viaggio, costo orario manodopera, costo chilometrico, costo trasferta, altro*
- lo **sconto sulle parti di ricambio e sugli eventuali materiali consumabili** valido almeno fino al decorrere dell'ottavo anno dalla data di collaudo/accettazione della fornitura (salvo l'eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall'art. 106, punto 1, del D. Lgs. n. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, se utile, a chiarimento di quella inviata al fine di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali, nei tempi e modi che verranno all'uopo comunicati.

CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI MINIME DELLA STRUMENTAZIONE

| |
|---|
| 1. Laser direzionale incorporato in un obiettivo compatibile con il microscopio già in dotazione alla S.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita, marca Olympus modello IX71 |
| 2. Possibilità di definire da parte dell'utente gli impulsi e la potenza, e la tipologia di taglio (linea retta o curva); |
| 3. Possibilità di preselezionare le dimensioni del foro con accuratezza inferiore ad 1 micron prima dell'azionamento del laser; |
| 4. Dotato di pedaliera, con possibilità di utilizzo a discrezione dell'operatore del pedale o del mouse; l'uso della pedaliera deve consentire la cattura di immagini, la registrazione di video, la possibilità di modificare le modalità di funzionamento del laser |
| 5. Possibilità di effettuare ablazioni multiple lungo le cellule senza muovere la blastocisti; |
| 6. Dotato di software di imaging che consente: cattura di immagini e creazione video, annotazione di commenti, misurazioni, e archiviazione delle immagini e video acquisiti; |
| 7. Simulatore laser per training e dimostrazioni |
| 8. Dotato di PC compatibile che supporti le attività del laser con sistema operativo superiore a windows 7; |
| 9. Camera digitale ad alta risoluzione a colori |
| 10. Fornito completo di adattatori e accessori necessari al collegamento del laser col microscopio. |

NELLA SCHEDA TECNICA DEI BENI OFFERTI SI CHIEDE DI MANTENERE L'ORDINE DEI REQUISITI COME DA SCHEMA ESPOSTO

Importo presunto della fornitura è di € 30.000,00 (iva esclusa).

L' apparecchiatura offerta dovrà rispondere alle norme e direttive in vigore (D.Lgs. 46/97 e ss.mm.ii, D.Lgs. 81/2008, ed ulteriori norme tecniche specifiche quali IEC 60825-1) e dovrà risultare iscritta al Repertorio dei Dispositivi Medici.

A seguito di valutazione dei preventivi ricevuti, si procederà all'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La fornitura dovrà obbligatoriamente comprendere:

- una GARANZIA DI TIPO FULL-RISK DI ALMENO 12 MESI a partire dalla data di collaudo del/i bene/i con esito positivo che preveda manutenzione preventiva e assistenza full risk per tutto il periodo di garanzia
- FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E SANITARIO;
- il TRASPORTO, l'INSTALLAZIONE E il COLLAUDO
- la FORNITURA DEL MANUALE UTENTE in lingua italiana e il MANUALE TECNICO/SERVICE per la manutenzione con le eventuali password service per accedere al sistema.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il presente non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l'Azienda AAS5, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso viene pubblicato

- sul profilo del committente (<http://www.aas5.sanita.fvg.it/>) – sezione Bandi di Gara.

Si allega:

- scheda preventivo.

IL DIRETTORE ACBS
Dott.ssa Paola Segato