



**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

**RDO: rfq\_12822**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE DI KIT PROCEDURALI E ALTRO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA DELL’A.A.S. N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”, PER UN PERIODO DI 60 MESI**

**10° PRECISAZIONE DEL 12.05.2020**

**DOMANDA N. 1**

Relativamente alla categoria di gara “kit introduttore valvolato per accesso femorale calibro 5-8 provvisto di dilatatore e guida metallica ad estremità flessibile e curva J di lunghezza 10-16-25cm” così descritto più volte nel capitolato:

Nr. 1 kit introduttore valvolato per accesso femorale calibro 5-8 provvisto di dilatatore e guida metallica ad estremità flessibile e curva J di lunghezza 10-16-25cm.

Nr. 1 kit introduttore valvolato per accesso femorale calibro 6-8 provvisto di dilatatore e guida metallica ad estremità flessibile e curva J di lunghezza 10-16-25cm.

Nr. 1 kit introduttore valvolato per accesso femorale calibro 5-8 provvisto di dilatatore e guida metallica ad estremità flessibile e curva J di lunghezza 10-16mm.

si segnala una difficoltà nel reperimento della misura da 16 cm, poiché probabilmente questa misura per un introduttore femorale non è più disponibile sul mercato.

**RISPOSTA N. 1**

Le misure citate sono da ritenersi indicative di un “range” (minimo – massimo) all’interno del quale può essere offerto il materiale in oggetto.

**DOMANDA N. 2**

In merito alle apparecchiature richieste nell'ambito della procedura di gara in questione, siamo a richiedere i quantitativi necessari per ciascuna apparecchiatura. Confermate che si tratta di n.1 apparecchiatura per tipologia? In caso contrario, Vi chiediamo un dettaglio dei quantitativi.

**RISPOSTA N. 2**

Si precisa che è prevista un'apparecchiatura per ogni tipologia riportata nel Capitolato tecnico.

---