

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it**RDO: rfq_12822****GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE DI KIT PROCEDURALI E ALTRO MATERIALE PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA DELL'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE", PER UN PERIODO DI 60 MESI****8° PRECISAZIONE DELL' 08.04.2020****DOMANDA N. 1**

- Relativamente alle indicazioni riportate nell'allegato F per la VOCE A chiediamo di specificare se per "Nr.1 striscia adesiva con tessuto ad alta assorbenza di cm 75 x 90 da applicare all'altezza dell'operatore" si intenda "telo assorbente con lato adesivo 75x90".

RISPOSTA N. 1

SI

DOMANDA N. 2

- In relazione all'Allegato F categoria "Nr. 3 Cateteri angiografici diagnostici, varie configurazioni, 4 -5 -6 - 7 French (Pigtail, Judkins Sn-dx, Amplatz sn-dx, ecc. e catereri dedicati da approccio radiale) tipo Cordis o equivalenti 1 Kit monouso per la gestione dell'iniettore automatico, composto da linea di pressione, infusione e lavaggio con controllo dell'iniezione manuale" segnaliamo che a nostro avviso sono state collettate n.2 categorie in una descrizione infatti la categoria "1 Kit monouso per la gestione dell'iniettore automatico, composto da linea di pressione, infusione e lavaggio con controllo dell'iniezione manuale" è già inserita nella medesima procedura con voce separata, di conseguenza viene duplicata. Si prega di chiarire se debba essere considerata 2 volte oppure solo 1.

RISPOSTA N. 2

SI CONFERMA IL DUPLICATO PER ERRORE MATERIALE, CONSIDERARE SOLO 1

DOMANDA N. 3

- In relazione all'Allegato F categoria "Nr. 0,3 sistemi monouso sia per emostasi intravascolare sia per monorail con applicazione di punti di sutura mediante aghi prenotati compatibili con guide 0.035" e adatti per introduttori 6-8F" chiediamo di chiarire se con la congiunzione correlativa "SIA", si apre la descrizione a tutti i sistemi di emostasi intravascolare o meno.

RISPOSTA N. 3

SI APRE LA DESCRIZIONE A TUTTI I SISTEMI.

DOMANDA N. 4

- In relazione all'Allegato F categoria "Nr. 1 siti monouso per emostasi radiale" chiediamo di chiarire se questa voce possa essere sovrapposta alla categoria "dispositivi monouso per emostasi radiale".

RISPOSTA N. 4

Dove riportato "siti" LEGGASI DISPOSITIVI

DOMANDA N. 5

- In relazione ai dispositivi ad uso saltuario o aggiuntivo in regime di contratto estimatorio per il Laboratorio di Emodinamica Voce C) riportati nel capitolato tecnico da pag. 6 a 8 chiediamo il seguente chiarimento: "VOCE C.3) GUIDE E PALLONI VALVULOPLASTICA AORTICA (di diametro 20, 22, 24mm)": i palloni da valvuloplastica aortica (medesime misure) sono presenti anche nella categoria C.37, chiediamo di precisare se in questa voce debbano essere proposte solo le guide a supporto dei palloni proposti nella categoria C.37 "Cateteri a palloncino valvuloplastica aortica da 20 a 28mm".

RISPOSTA N. 5

Devono essere proposte solo GUIDE A SUPPORTO PALLONI

DOMANDA N. 6

- Per la categoria "Filo riassorbibile 1-0 con ago triangolare (per strati profondi)" chiediamo di chiarire se vada inteso: fili di misura 1 e di misura 0.

RISPOSTA N. 6

Dove riportato 1-0, LEGGASI 1.0