

SCHEDA DESCRIZIONE FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI TEST SIEROLOGICI SARS-CoV-2 (IgG oppure Ig totali (IgG+ IgM)", PER L'EMERGENZA COVID-19, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

piattaforma eAppalti FVG: RDI: rfi_1797

Lotto	Modello apparecchiature in uso	Caratteristiche tecniche minime del prodotto
1	MAGLUMI	1) Reattivi per dosaggio Ac- anti SARS-CoV-2 (di classe IgG o in alternativa totali (IgG + IgM);
2	LIASON	2) L'antigene deve essere noto;
3	ANALYZER	3) Può essere la proteina S (S1 o S1+S2) oppure la proteina S in associazione alla proteina N;
4	CENTAUR	4) Alto throughput superiore a 60 test/h;
		5) Tempo di esecuzione esame non superiore a 45 minuti;
		6) <u>nel caso della micropiastra, che lavora in batch, si richiede che il tempo globale di esecuzione sia inferiore alle 3 ore.</u>

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, l'As FO potrà scegliere i Test in oggetto, distintamente per ciascun lotto, tenendo conto del minor prezzo proposto, della disponibilità del prodotto nei tempi richiesti e dei tempi di esecuzione del test, nonché per ragioni oggettive, del criterio della appropriatezza clinica-terapeutica e delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni in uso.