

Referente per la pratica: Sara Giacomini

Pordenone, 04.11.2020

RDO aperta MEPA n. 2678898

Consultazione di mercato per l'affidamento - *ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76 del 16/7/2020* - della fornitura di
“TELO COPRIMICROSCOPIO PER MICROSCOPIO ZEISS OPMI PENTERO”
per 36 mesi

CIG: ZC32EFEA24

Con la presente, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta in merito all'RDO n.2678898.

Quesito:

Si chiede di conoscere il codice ref. del prodotto attualmente in uso.

Risposta:

voce	descrizione prodotto	*codice di riferimento
a	Telo copri microscopio: - monouso - sterile - latex free - composto da unico film in polietilene trasparente - misura 137x381 cm con tolleranza di ± 5 cm - dotato di accessi oculari per osservatori - lente in vetro angolata, priva di riflessi - chiusure con nastri adesivi e velcri	E5718

* Si precisa che, il codice del prodotto in uso è stato menzionato solo fine di consentire l'individuazione delle specifiche tecniche richieste, ai sensi dell'art. 68, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., essendo impossibilitati a fornire una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto del presente avviso. **Rimane peraltro ferma la possibilità per l'operatore economico interessato di fornire prodotti equivalenti.**

Distinti saluti.

Il direttore f.f.
S.C. Approvvigionamenti e
Gestione Contratti fornitura di beni e servizi
- Costella dr.ssa Vania -