

Struttura Complessa Approvvigionamenti e
gestione contratti beni e servizi
Responsabile del procedimento:
Direttore Costella dr.ssa Vania

Referente per la pratica: dott.ssa Francesca Dal Bò



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

As FO

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Pordenone, 28/07/2021

RDO aperta MEPA n. 2839514

Affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020 e s.m.i. per la fornitura di **"SONDE E REAGENTI PER ANALISI CITOGENETICA MOLECOLARE (FISH) PER LA S.S.D. GENETICA MEDICA"**, per 36 mesi

CIG Lotto 1: 8835378095

CIG Lotto 2: 8835396F6B

Con la presente, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta in merito all'RDO n.2839514.

Quesito n. 4:

Spett.Le Amministrazione, il presente per chiedere 2 chiarimenti: 1) Nel lotto 1 vengono richiesti i seguenti prodotti: DAPI II COUNTERSTAIN e SONDA DAPI/ANTIFADE (500UL). Trattandosi del medesimo articolo, si chiede di confermare la possibilità di offrire una sola volta il prodotto richiesto (ovvero una soluzione DAPI/Antifade pronta all'uso utilizzata come contro-colorante negli esperimenti FISH). 2) Nel lotto 1 vengono richiesti i seguenti prodotti: NP-40 FISH DETERGENTE (NONIDET P-40) e SONDA TWEEN 20. Trattandosi di due articoli funzionalmente equivalenti, ovvero utilizzati per la preparazione delle soluzioni di lavaggio di stringenza negli esperimenti FISH, si chiede di confermare la possibilità di offrire uno solo dei due prodotti, ovvero il più idoneo in base al protocollo delle sonde FISH oggetto di fornitura. In attesa di un vs riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta:

Per entrambe le richieste è possibile offrire un solo prodotto, il più idoneo al protocollo della sonda.

Distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Approvvigionamenti e
gestione contratti beni e servizi
- Costella dr.ssa Vania -