

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

AVVISO**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CELLE FRIGORIFERE PER ALLOGGIAMENTO SALME, N. 4 VASSOI E N. 6 CARRELLI PER LA MORGUE DEL P.O. DI S.VITO AL TAGLIAMENTO (PN).**

In seguito si pubblicano le risposte ai chiarimenti richiesti e si informa che dalle ore 12:00 del 25.02.2022 non sono più ammesse richieste di quesiti/chiarimenti:

QUESITI	RISPOSTE
1. Qual è la tipologia di motore previsto?	Il motore (interno all’edificio) dovrà avere le caratteristiche necessarie e sufficienti a garantire negli anni le temperature richieste ed i rispettivi cicli di sbrinamento, senza causare livelli sonori o vibrazioni fastidiose.
2. Il motore potrebbe essere remoto e cioè posizionato all’esterno?	Difficile posizionarlo all’esterno, in quanto c’è un marciapiedi di transito e una vetrata sulla parte alta dell’edificio.
3. Qual è il materiale previsto per la schermatura della cella contenente salme infette e/o radioattive?	Nell’ospedale di S. Vito al Tagliamento (PN) non si fanno terapie con radiofarmaci, né esami con traccianti radioattivi e per questi motivi, la probabilità che vi siano salme radioattive in obitorio è molto scarsa. Considerato inoltre che i vani intorno alle celle non prevedono la presenza stabile di persone, <u>non vi è la necessità di prevedere specifici rivestimenti anti-RX delle celle.</u> Per quanto riguarda la detenzione di salme decedute per malattie infettive, le celle dovranno risultare facilmente lavabili e sterilizzabili; pertanto le superfici dovranno essere prive di anfratti dove il materiale biologico infetto possa depositarsi ed essere difficilmente rimovibile.

4. I sei carrelli porta salme ad altezza variabile ed inclinabili dovranno servire anche per l'introduzione delle barelle all'interno delle celle frigorifere di nostra fornitura ?	Le barelle/carrelli ad altezza variabile devono poter entrare nelle parte inferiore delle celle per salme.
--	---