

Responsabile del procedimento:

Direttore Costella dr.ssa Vania

Referente per la pratica: dott.ssa Francesca Dal Bò



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Pordenone, 23 maggio 2023

Cartella di gara: tender_33560
Piattaforma eAppaltiFVG

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di kit monouso per breath test al lattosio e all'urea, da utilizzare con misuratore isotopico 13C/14C PDZ EUROPA mod. ABCA, per 24 mesi.

Con la presente si comunica che, per mero errore materiale, si rende necessario procedere alla rettifica delle caratteristiche tecniche minime relative al lotto 1, accluse all'interno dell'allegato "13_Scheda offerta economica L.1" nei seguenti termini:

"Kit monouso per breath test al lattosio, compatibile con apparecchiatura 13C/14C PDZ EUROPA mod. ABCA, completo di provette e accessori, avente le seguenti caratteristiche:

- *lattosio marcato C13, con certificazione prodotto ad uso alimentare;*
- *6 provette in vetro marcate CE capacità 12 mL, altezza compresa tra 100 e 102 mm, con tappo a vite di diametro compreso tra 15 e 16 mm, etichetta di carta e trattamento appannante;*
- *2 cannucce;*
- *test eseguibile nei pazienti pediatrici;*
- *test eseguibile a cura del paziente presso il domicilio dello stesso;*
- *conservazione dei campioni a temperatura ambiente".*

Distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Approvvigionamenti e
gestione contratti beni e servizi
- Costella dr.ssa Vania -