



Pordenone, 30 maggio 2023

Cartella di gara: tender_33560
Piattaforma eAppaltiFVG

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di kit monouso per breath test al lattosio e all'urea, da utilizzare con misuratore isotopico 13C/14C PDZ EUROPA mod. ABCA, per 24 mesi.

Con la presente, si dà riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla cartella di gara tender_33560.

Quesito n. 2:

Buongiorno, con il presente segnaliamo che la dicitura "misuratore isotopico 13C/14C" è errata, in quanto il rapporto corretto è 13C/12C, essendo tra l'altro l'isotopo 14C radioattivo.

Riscontro:

Si conferma che lo strumento è un misuratore isotopico 13C PDZ EUROPA mod. ABCA.

Quesito n. 3:

Spett.le Ente, considerati i principi generali dell'ordinamento concorsuale ed in particolare quello del *favor participationis*, con riferimento al lotto 1, si chiede se il fatto che il test debba essere eseguibile a cura del paziente presso il domicilio dello stesso sia da considerarsi un requisito minimo indispensabile o meno.

Riscontro:

Si conferma che la caratteristica richiamata è un requisito essenziale, come prescritto dalla documentazione di gara.

Distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Approvvigionamenti e
gestione contratti beni e servizi
- Costella dr.ssa Vania -