

Prospetto riepilogativo di valutazione										
RDO: rfq_51121 Piattaforma eAppaltiFVG Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento della fornitura in service di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, per 84 mesi										
						RTI: Siemens Healthcare srl - Diasorin Italia spa - Prisma Engineering srl				
Descrizione del criterio di valutazione				Punteggio max	Criterio di valutazione	Giudizio	Coefficiente assegnato (media cofficienti attribuiti da ogni componente della CG)	Punteggio assegnato	Motivazione	Riparametrazione
1)	PROGETTO									
	1.1	TRANSIZIONE								
		a	Progetto che non preveda per la sede hub la necessità di dislocamento temporaneo di diagnostiche in spazi diversi dagli esistenti (II piano del Pad. H) e assicura la continuità diagnostica	10	Tabellare	si/no	/	10	Il progetto di transizione presentato garantisce la continuità di esecuzione degli esami e refertazione sulle 24 h nelle sedi hub e spoke senza la necessità di dislocamento temporaneo in locali diversi dagli attuali. Risulta ben strutturato e suddiviso in più fasi puntualmente descritte per garantire gli spostamenti di attrezzature, lavori di ristrutturazione e riducendo significativamente il tempo complessivo rispetto a quanto previsto dal capitolato. Le fasi esecutive sono strutturate a step consecutivi in una logica di interventi interconnessi per garantire la continuità operativa. Dalla verifica documentale del progetto, puntualmente descritto e rappresentato iconograficamente da rendering, si evince una progettualità della transizione adeguata alle esigenze cliniche, idonea e sostenibile anche dal punto di vista tecnico per gli aspetti strutturali e impiantistici. E' stata posta particolare attenzione alle fasi più critiche e delicate, nelle aree ad oggi automatizzate, comprimento al massimo il tempo di esecuzione e riducendo il disagio agli operatori conseguente all'inevitabile processazione manuale dei campioni.	10
	1.2	SOLUZIONE ORGANIZZATIVA								
		a	Miglior gestione degli spazi valutabile con metodologia lean	3	Discrezionale	Ottimo = 1 Buono = 0,8 Sufficiente = 0,6 Mediocre = 0,4 Insufficiente = 0,2 Non valutabile / non presente / non conforme = 0	1	3	Per tutte le tre sedi, la gestione degli spazi proposta garantisce omogeneità, ottimizzazione e semplificazione dei flussi in ottica lean. Il nuovo layout realizzato all'interno degli spazi assegnati risulta garantire elevate produttività (grazie all'elevata automazione) ed efficienza nell'impiego del personale tecnico e delle strumentazioni.	3
		b	Maggior consolidamento delle diagnostiche di biochimica clinica, immunometria, ematologia, coagulazione (maggior numero di esami consolidati su minor numero di strumenti o moduli)	5			1	5	Il progetto offerto raggiunge il target ricercato dal CSA, che è quello di mirare alla total lab automation, con minor numero di strumentazione stand alone, in particolare per l'hub di Pordenone (92% automazione; 8% stand alone). Apprezzata anche la proposta di consolidamento delle diagnostiche per i due spoke di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, con il minor numero di analizzatori, garantendo comunque idonea ridondanza.	5
		c	Maggior consolidamento delle diagnostiche di sierologia infettivologica inteso come numerosità delle diagnostiche in automazione	6			0,8	4,8	Le soluzioni proposte per il consolidamento delle diagnostiche di sierologia infettivologica in automazione e stand alone (rispettivamente 59% e 41%) è un eccellente salto di qualità in relazione allo stato attuale.	6
		d	Maggior numero di driver di collegamento al track, anche per strumentazioni non oggetto di gara e in dotazione al momento dell'offerta	3			1	3	Elevato il numero di driver di collegamento al track, con garantita implementazione futura, e ampia la pluralità di marchi e modelli della strumentazione	3
		e	Miglior progetto in grado di contenere l'uso di personale in relazione alla dotazione attuale	3			1	3	Il progetto automatizzato per le tre sedi garantisce una residuale movimentazione manuale, portando complessivamente un miglioramento e semplificazione del flusso e un elevato contenimento di FTE, ritenuto sostenibile e concretamente realizzabile.	3
2)	AUTOMAZIONE									
		a	Cadenza analitica strumentazioni di biochimica clinica per singolo strumento o modulo, compreso dosaggio elettroliti per sede HUB >1.600 test/ora	3	tabellare	si/no	/	3	Cadenza analitica: 1800 test/ora	3
		b	Cadenza analitica test di immunometria per singolo strumento o modulo per sede hub >300 test/ora	3			/	3	Cadenza analitica: 440 test/ora	3
		c	Cadenza analitica complessiva per esame emocromocitometrico per sede hub >300 test ora	3			/	3	Cadenza analitica: 360 test/ora	3
		d	Cadenza analitica per singola strumentazione o modulo test PT per sede hub >350 test/ora	3			/	3	Cadenza analitica: 450 test/ora	3
		e	Produttività per check-in, stappatura, sorting e smistamento della stazione preanalitica sede hub >800 provette/ora	3			/	3	Produttività: 1000 provette/ora	3

		f	Sistema trasporto provette con throughput per sede hub >3.000 provette/ora	3		/	3	Sistema trasporto: 3600 provette/ora	3
3)	MIDDLEWARE								
		Al fine di implementare le più moderne logiche di visual management, saranno premiate le soluzioni middleware con interfacce operatore basate su strumenti evoluti di monitoraggio e visualizzazione delle informazioni (Dashboard). Verranno valutate la possibilità di personalizzazione del Dashboard, la versatilità nell'estrazione dei dati e nella produzione di report statistici, la possibilità di implementare regole di auto validazione e di sistemi di alert, la gestione della sieroteca in automazione, il monitoraggio in tempo reale dei TAT. La presenza o assenza di tali caratteristiche devono essere chiaramente riportate nella parte relativa alla descrizione del middleware	9	Discrezionale	Ottimo = 1 Buono = 0,8 Sufficiente = 0,6 Mediocre = 0,4 Insufficiente = 0,2 Non valutabile / non presente / non conforme = 0	0,8	7,2	La soluzione proposta di un unico middleware per tutte le tre sedi di ASFO è considerata ottimale in quanto garantisce uniformità sia delle regole che delle tipologie di esame. Il sistema offerto risulta, per tutti i parametri oggetto di valutazione, di elevate performance che saranno garantite su tutte e le tre sedi, anche in termini di sicurezza e affidabilità. Congrua la descrizione presente all'interno della documentazione presentata.	9
4)	TEST NON OBBLIGATORI								
		a) ≥80% = 6 punti b) ≥60% = 4 punti c) ≥40% = 2 punti d) <40% = 0 punti	6	Tabellare	a) ≥80% = 6 punti b) ≥60% = 4 punti c) ≥40% = 2 punti d) <40% = 0 punti	/	6	85%	6
5)	VEQ								
5.1		METODI ANALIZZATI							
		Verranno premiate le VEQ offerte sulla base del numero dei metodi analizzati. L'O.E. dovrà produrre idoneo elenco al fine di consentire la valutazione del parametro	2	Tabellare	Verranno premiate le VEQ offerte sulla base del numero dei metodi analizzati. L'O.E. dovrà produrre idoneo elenco al fine di consentire la valutazione del parametro	/	2	Si attribuisce il punteggio massimo in virtù della numerosità dei metodi analizzati	2
5.2		LABORATORI PARTECIPANTI							
		Verranno premiate le VEQ offerte sulla base del numero di laboratori nazionali e internazionali partecipanti. L'O.E. dovrà produrre idoneo elenco al fine di consentire la valutazione del parametro	2	Tabellare	Verranno premiate le VEQ offerte sulla base del numero di laboratori nazionali e internazionali partecipanti. L'O.E. dovrà produrre idoneo elenco al fine di consentire la valutazione del parametro	/	2	Si attribuisce il punteggio massimo in virtù della numerosità dei laboratori nazionali e internazionali partecipanti	2
6)	NUMERO DI INSTALLAZIONI ANALOGHE A QUELLA PROPOSTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI								
		a) ≥25 = 3 punti b) ≥20 = 2 punti c) ≥10 = 1 punto d) <10 = 0 punti	3	Tabellare	a) ≥25 = 3 punti b) ≥20 = 2 punti c) ≥10 = 1 punto d) <10 = 0 punti	/	3	26 installazioni dichiarate	3
PUNTEGGIO MAX			70	SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO	42			PUNTEGGIO TOTALE OE RIPARAMETRATO	70

Prospetto riepilogativo offerta economica

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, per 84 mesi

Codice Cartella di Gara		tender_34848					
Descrizione Cartella di Gara		Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale					
Codice RDO		rfq_51121					
Descrizione RDO		Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale					
Stato RDO		Valutazione Finale					
Classifica	Operatore Economico	Data della risposta	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale	Percentuale unica di ribasso	Offerta totale RDO
1	RTI: Siemens Healthcare srl - Diasorin Italia spa - Prisma Engineering srl	21/09/2023 14:29	70	30	100	7,482%	35.290.880,75 €