



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda PER L'assistenza sanitaria

5 Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Allagamento polo Angiografico Ospedale Pn

L'Azienda Sanitaria 5 evidenzia che verso le 12:30 di oggi si è verificato un allagamento di alcune sale del polo angiografico dell'Ospedale di Pordenone e del piano inferiore, corridoi e vani tecnici sotterranei, determinato probabilmente dalla rottura di un raccordo flessibile/tubatura che porta acqua ad una delle macchine di raffreddamento del vano motore dell'angiografia. La ditta preposta alla manutenzione dei macchinari interessati è stata subito attivata e interverrà lunedì mattina, anche se comunque un intervento di manutenzione al polo angiografico era stato già programmato per le giornate di lunedì e martedì prossimi. Nell'imminenza della prevista manutenzione per nessun paziente era stata prevista l'esecuzione di accertamenti diagnostici nelle giornate di lunedì e martedì prossimi.

Gli operatori delle pulizie hanno provveduto ad asciugare l'acqua e i tecnici dell'Azienda Sanitaria 5 hanno messo in sicurezza le aree interessate.

Per questo imprevisto e la manutenzione programmata, si prevede che il polo angiografico dell'Ospedale "S.Maria degli Angeli" di Pordenone potrà riprendere la normale attività mercoledì 11 settembre.

Pordenone, 7 settembre 2019